



ZERTIFIKAT

Ringversuch Liquordiagnostik Nr. 460 (I+II)

gültig bis: 21. Nov. 2014

Methoden-unabhängige I/S Quotenwerte (*1000)

	ZW	n	MW	VK %	Quote %	Wert	Abw. (%)	Zert.
Q _{Alb}	3,2	172	3,2	7,8	99	3,35	5	ja
Q _{IgG}	2,8	166	2,8	5,7	99	2,91	4	ja
Q _{IgA}	3,1	140	3,2	10,3	99	3,26	5	ja
Q _{IgM}	1,86	146	2,0	10,9	92	1,88	1	ja

Methoden-abhängige Werte für Liquor und Serum

	ZW	n	MW	VK %	Quote %	Wert	Abw. (%)	Zert.
Albumin	133	180	131	7,2	98	129	-3	ja
IgG	133	180	131	40,7	98	38,5	-5	ja
IgG (S(μL))	40,5	185	40,7	4,7	98	38,5	-5	ja
IgA	28,0	168	27,6	5,1	99	28,1	0	ja
IgA (S(μL))	9,80	169	9,8	4,1	99	9,64	-2	ja
IgM	6,63	141	6,7	6,3	97	6,33	-5	ja
IgM (S(μL))	2,15	144	2,1	9,0	99	1,94	-10	ja
IgM (L(mg/L))	1,62	148	1,6	6,9	99	1,69	4	ja
IgM (S(μL))	0,82	153	0,8	11,4	98	0,9	10	ja
GEW	231	270	229	9,0	87	226	-2	ja


Die Bewertung 'ja' oder 'nein' für das Zertifikat bezieht sich auf die nach RiliBak maximal zulässige %-Abweichung vom Zielwert, bzw. ± 30% bei den Quoten.

Richtige Interpretation:

Blut-Liquor Schrankenfunktionsstörung. Intrathekale IgG-, IgA- und IgM-Synthese. Entzündlicher Prozess

gez.: Prof. Dr. H. Reiber
H. Reiber

Auswertungsbasis: VP / 35 Jahre



Teilnehmer Nr.: 909
Ringversuch: Mai 2014
Proben Nr.: 30

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-EP-15027-02-00





ZERTIFIKAT

Ringversuch Liquordiagnostik Nr. 460 (I+II)

gültig bis: 21. Nov. 2014

Methoden-unabhängige I/S Quotientenwerte (*1000)

	ZW	n	MW	VK %	Quote %	Wert	Abw. (%)	Zert.
Q _{Aib}	9,72	172	9,8	5,8	99	9,8	1	ja
Q _{IgG}	4,0	166	4,0	6,6	100	4,15	4	ja
Q _{IgA}	2,34	140	2,3	7,3	99	2,49	6	ja
Q _{IgM}	1,38	145	1,5	9,5	97	1,29	-7	ja

Methoden-abhängige Werte für Liquor und Serum

	ZW	n	MW	VK %	Quote %	Wert	Abw. (%)	Zert.
Albumin								
L(mg/L)	400	180	402	5,6	98	389	-3	ja
S(β/L)	40,6	184	41,1	5,2	98	39,7	-2	ja
IgG								
L(mg/L)	40,4	167	40,5	5,0	98	41,3	2	ja
S(β/L)	10,2	169	10,2	4,1	98	9,95	-2	ja
IgA								
L(mg/L)	5,08	141	5,1	6,3	98	4,8	-6	ja
S(β/L)	2,17	144	2,2	6,8	99	1,93	-11	ja
IgM								
L(mg/L)	1,24	148	1,3	7,9	99	1,2	-3	ja
S(β/L)	0,90	153	0,9	7,0	99	0,93	3	ja
GEW								
L(mg/L)	621	268	622	7,4	92	603	-3	ja

Die Bewertung 'ja' oder 'nein' für das Zertifikat bezieht sich auf die nach RiliBak maximal zulässige %-Abweichung vom Zielwert, bzw. ± 30% bei den Quotienten.

Richtige Interpretation:

Blut-Liquor Schrankenfunktionsstörung

gez.: Prof. Dr. H. Reiber

Auswertungsbasis: LP / 60 Jahre

